

Del br. 518 od 30. 06.2017

**Предмет: Питања и одговори за набавку –
ЈНМВ бр. 06 / 2017 Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију**

Питање бр. 1:

Наручилац је навео за партију 1?

**Партија 1 - потрошни матерјал за реверзну осмозу
-сет кетриђа за СГ Ватер за реверсну осмозу на стр 6/44**

Молимо Вас да на објасните :

1. Који је то сет кетриђа са СГ Ватер осмозу?
2. Тражимо од наручиоца тачану ознаку РО система СГ Ватер
3. Апарати за производњу чисте воде нису регистровани у АЛИМС-у као мед.средство и као такви

Није потребна :Важеће дозволе (решења) за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа – Министарства здравља Републике Србије. Самим тим сматрамо да овај додатни услов није потребан за учествовање у ЈН.

4. Да ли наручилац недвосмислено мисли испоруку делова за партију 1 или делове са уградњом?

Молимо Вас да одговорите на постављена питања и омогућите учествовање у поступку јавне набавке без фаворизовања било ког понуђача и у складу са чланом 63 став 3 ЗЈН и да одговорите у предвиђеном року.

Одговор бр.1:

1. Set ketridža za SG water ultra clin aparat za reversnu osmozu (VMD i MF ketridž)
2. Set ketridža za SG water ultra clin aparat za reversnu osmozu (VMD i MF ketridž)
3. Наручилац истаје при траженим условима из разлога што Галеннска лабораторија Ниш има Регистрацију Министарства Здравља РС и израђује специфичне препарате и жели да заштити и себе и пацијенте.
4. Да испорука резервних делова са уградњом.

Питање бр 2.

Postovani,

Molimo Vas odgovor vezano za javnu nabavku 06/2017.

Pitanje 1.

U tenderskoj dokumentaciji ste naveli da se uz ponudu dostavljaju sertifikati i bezbedonosne liste. Molim Vas za odgovor da li uz dokumentaciju mogu da se dostave specifikacije, s obzirom da sertifikati rate isporuku robe, iz specifikacija mozete da vidite sve potrebne karakteristike dobra koja se nude.

Isto tako, da li je dovoljno da se bezbedonosne liste dostavljaju prilikom isporuke robe a ne uz tendersku dokumentaciju, s obzirom da se na taj nacin znatno smanjuje broj strana koji treba dostaviti uz ponudu.

Pitanje 2.

Da li je moguće da tendersku dokumentaciju dobijemo u word-u laki lakseg popunjavanja tendera?

Одговор бр.2:

Обавештавамо вас да Наручилац мења конкурсну документацију и продужава рок за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00 а отварање у 11:15 часова.

1. Можете доставити произвођачке спецификације уместо сертификата и без безбедоносног листа уз изјаву да ћете приликом испоруке робе доставити одговарајући сертификат за испоручену серију и безбедоносни лист.

2. Да

Питање бр 3.

Партија 1 - потрошни материјал за реверзну осмозу

Молимо Бас да издвојите резервне делове за СГ Ватер и Аплио 200 у 2 посебне партије.

Као произвођач система Аплио сигурни смо ради веће конкуренције да је за наручиоца

Прихватљив наш предлог.

Мишљења смо да постоји више наручиоца који могу испоручити делове за нас непознат систем СГ Ватер.

Одговор бр.3

Обавештавамо вас да Наручилац мења конкурсну документацију и продужава рок за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00 а отварање у 11:15 часова.

Наручилац остаје при датој спецификацији.

Питање бр 4.

Poštovani,

Molimo Vas za sledeća pojašnjenja konkursne dokumentacije – JN 06/2017:

Partija XIX – Reagensi za laboratoriju za kontrolu kvaliteta-st.rastvori

- Rb.3. - Da li je prihvatljivo ponuditi standard provodljivosti 1,413 mS/cm KCL 0,01 mol/l?

Molimo Vas da ako nije prihvatljivo nam dostavite kat.broj standarda koji ste do sada koristili, odnosno koji Vam je bio odgovarajući, kako bismo dali adekvatnu ponudu

Partija XXIII – Potrošni materijal specifičan za kontrolnu laboratoriju

- Rb.1. –Da li je prihvatljivo ponuditi slikonsko crevo unutrašnjeg prečnika 0,8mm, spoljašnjeg 10mm?
- Da li količina od 12 komada podrazumeva pakovanje?
-

Molimo Vas da nam dostavite kat.broj creva koji ste do sada koristili, odnosno koji Vam je bilo odgovarajuće, kako bismo dali adekvatnu ponudu

Одговор бр.4

Обавештавамо вас да Наручилац мења конкурсну документацију и продужава рок за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00 а отварање у 11:15 часова.

Partija XIX – Reagensi za laboratoriju za kontrolu kvaliteta-st.rastvori

- **ne možemo prihvatiti ponuđeni standard za provodljivost. Potreban nam je standard za provodljivost 1,3μS/cm 250ml do sada smo koristili Reagecon CSKC13**

Partija XXIII – Potrošni materijal specifičan za kontrolnu laboratoriju

- **-ne možemo prihvatiti silikonsko crevo internog prečnika 0,8mm, potreban nam je prečnik 0.889mm dužina 380mm sa 12 kom u pakovanju kat. Br 9.208208**

Питање бр 5.

U specifikaciji za partiju 1 ste tražili set ketridža za SG WATER.

U odnosu na taj zahtev molimo Vas da nam date odgovor na pitanje:

Na koji set ketridža Naručilac misli odnosno na koji tip model osmoze SG WATER misli tražeći navedeni set.

Одговор бр.5

Обавештавамо вас да Наручилац мења конкурсну документацију и продужава рок за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00 а отварање у 11:15 часова.

Set ketridža za SG water ultra clin aparat za reversnu osmozu (VMD i MF ketridž)

Питање бр 6.

Partija III потрошни материјал за membransku filtraciju – predfiltri

Predfilter пречник 279 mm за sartorius носач -50 ком

Molimo vas da nam dostavite kat. Broj predfiltera koji ste do sada koristili, odnosno koji Vam je bio odgovarajući, kako bismo dali adekvatnu ponudu.

Одговор бр.6

Обавештавамо вас да Наручилац мења конкурсну документацију и продужава рок за достављање понуда за 06.07.2017 годне. Рок за достављање понуда 11:00 а отварање у 11:15 часова.

Каталошки број предфилтера зависи од произвођача истог. Сматрамо да би тиме прејудиицирали произвођача што није у складу са ЗЈН.

Наручилац је у смислу става 1. члана 63. ЗЈН, дана 30.06.2017.год. објавио пречишћен текст Конкурсне документације за **ЈНМВ 06 / 2017 – Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију** на Порталу јавних набавки и на интернет страници Апотеке Ниш Интернет страница: www.apotekanis.co.rs

**Комисија за јавну набавку ЈНМВ 06 / 2017
Набавка потрошног материјала за
Галенску лабораторију**